

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

《変更日》 平成 28 年 9 月 12 日（月）受付分より

《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.75	1537	サイトメガロウイルス 抗体 (CMV) IgG	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			検査方法	CLIA 法	EIA 法
			単位	AU/mL	EIA 価
			JLAC10	5F194-1431- 023-051-01	5F194-1431- 023-023-01
			基準値	6.0 未満 (－)	2.0 未満 (－)
			判定基準	(－): 6.0 未満 (+): 6.0 以上	(－): 2.0 未満 (±): 2.0~3.9 (+): 4.0 以上
			最小 報告値	6.0 未満	2.0 未満
			最大 報告値	250.0 以上	128.0 以上
1538	1538	サイトメガロウイルス 抗体 (CMV) IgM	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			検査方法	CLIA 法	EIA 法
			単位	S/CO	抗体指数

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.75	1538	サイトメガロウイルス 抗体 (CMV) IgM	JLAC10	5F194-1432- 023-051-11	5F194-1432- 023-023-33
			基準値	0.85 未満 (-)	0.80 未満 (-)
			判定基準	(-) : 0.85 未満 (±) : 0.85~0.99 (+) : 1.00 以上	(-) : 0.80 未満 (±) : 0.80~1.20 (+) : 1.21 以上
			最小 報告値	0.85 未満	0.80 未満
			最大 報告値	設定無し	20.00 以上

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 より精度の向上した検査法への変更のため

《判定一致率》

【IgG】

		現行法			合計
		陽性	判定保留	陰性	
新法	陽性	33	2	3	38
	陰性	0	0	62	62
合計		33	2	65	100

陽性一致率：100%  
陰性一致率：95.4%  
全体一致率：95.0%

【IgM】

		現行法			合計
		陽性	判定保留	陰性	
新法	陽性	8	0	0	8
	判定保留	3	0	0	3
	陰性	12	23	54	89
合計		23	23	54	100

陽性一致率：34.8%  
陰性一致率：100%  
全体一致率：62.0%