

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、添付一覧の項目におきまして検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和元年 6 月 3 日（月）受付分より

《変更内容》 添付一覧をご参照ください。

《変更理由》 検査実施部署変更のため




《変更内容》

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|-----------|-------|---|--------|--|--|
| P.10 | 1200 | アポリポ蛋白A I | 所要日数 | 2～3日 | 3～4日 |
| | 1201 | アポリポ蛋白A II | | | |
| | 1202 | アポリポ蛋白B | | | |
| | 1203 | アポリポ蛋白C II | | | |
| | 1204 | アポリポ蛋白C III | | | |
| | 1205 | アポリポ蛋白E | | | |
| 未掲載 | 1213 | アポリポ蛋白比 B/A I | 所要日数 | 2～3日 | 3～4日 |
| | | | 基準値 | 男：0.50～0.86 女：0.43～0.75 | 設定なし |
| P.11 | 0321 | 総胆汁酸 | 所要日数 | 2～3日 | 2～4日 |
| | | | 最小報告値 | 1.0 μmol/L未満 | 0.3 μmol/L |
| P.14 | 0592 | ケトン体分画 〔 総ケトン体 アセト酢酸 3-ヒドロキシ酪酸 〕 | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| | | | 基準値 | 総ケトン体：28～120 アセト酢酸：14～68 3-ヒドロキシ酪酸：0～74 μmol/L | 総ケトン体：130以下 アセト酢酸：55以下 3-ヒドロキシ酪酸：85以下 μmol/L |
| P.16 | 0395 | 銅 (Cu) 血清 | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| | | | 基準値 | 71～132 μg/dL | 68～128 μg/dL |
| P.18 | 7769 | eGFR _{cys} | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| P.18 | 6161 | シスタチンC ※関連図は別紙参照 | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| | | | 検査方法 | ラテックス免疫比濁法 | 金コロイド凝集法 |
| | | | JLAC10 | 3C016-0000-023-061-01 | 3C016-0000-023-117-01 |
| | | | 最小報告値 | 0.10 mg/L未満 | 0.20 mg/L以下 |
| P.22 | 2761 | 馬尿酸 | 所要日数 | 4～6日 | 6～12日 |
| | 2763 | メチル馬尿酸 | 所要日数 | 4～6日 | 6～12日 |
| | 2765 | マンデル酸 | 所要日数 | 4～6日 | 6～12日 |
| P.26 | 0734 | バンコマイシン〔薬物分析検査〕 ※関連図は別紙参照 | 所要日数 | 2～3日 | 4～5日 |
| | | | 検査方法 | EIA法 | LA (ラテックス凝集比濁) 法 |
| | | | JLAC10 | 3M530-0000-023-024-01 | 3M530-0000-023-062-01 |
| | | | 最小報告値 | 2.0 μg/mL未満 | 2.5 μg/mL未満 |
| P.26 | 0739 | フロムペリドール〔薬物分析検査〕 | 所要日数 | 2～3日 | 4～5日 |
| P.26 | 0753 | リチウム〔薬物分析検査〕 ※関連図は別紙参照 | 所要日数 | 3～4日 | 4～5日 |
| | | | 検査方法 | 比色法 | 原子吸光分光光度法 |
| | | | JLAC10 | 3L320-0000-023-271-01 | 3L320-0000-023-274-01 |
| | | | 最小報告値 | 0.06 mEq/L未満 | 0.01 mEq/L以下 |
| P.31・P.94 | 7163 | TRACP-5b (骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ) | 保存条件 | 凍結 | 必凍 |
| | | | 所要日数 | 3～5日 | 4～6日 |
| | | | 最小報告値 | 49 mU/dL以下 | 10 mU/dL以下 |
| | | | 最大報告値 | 設定なし | 1500 mU/dL以上 |
| P.42 | 7171 | TARC | 所要日数 | 3～4日 | 4～6日 |
| | | | 基準値 | 小児 (6～12ヶ月未満) : 1367未満 小児 (1～2歳未満) : 998未満 小児 (2歳以上) : 743未満 成人 : 450未満 pg/mL | 小児 (6～12ヶ月) : 1367未満 小児 (1～2歳) : 998未満 小児 (2歳以上) : 743未満 成人 : 450未満 pg/mL |
| P.45・P.66 | 4061 | 血清アミロイドA蛋白 (SAA) | 所要日数 | 2～3日 | 4～5日 |
| | | | 最小報告値 | 5.0 μg/mL未満 | 2.5 μg/mL未満 |

《変更内容》

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|--------|-------|--|--------|---|---|
| P.46 | 1214 | トランスフェリン (Tf) | 所要日数 | 2～3日 | 3～4日 |
| P.46 | 9760 | M2BPGi (Mac2結合蛋白糖鎖修飾異性体) | 所要日数 | 3～4日 | 4～5日 |
| P.46 | 1243 | β_2 -マイクログロブリン (β_2 MG) 尿 | 所要日数 | 2～3日 | 4～5日 |
| | | | 最小報告値 | 50 μ g/L未満 | 30 μ g/L以下 |
| P.47 | 1219 | プレアルブミン | 所要日数 | 2～3日 | 4～5日 |
| | | | 最小報告値 | 0.2 mg/dL未満 | 3.5 mg/dL未満 |
| P.47 | 3578 | KL-6 (シアル化糖鎖抗原KL-6) | 所要日数 | 3～4日 | 4～5日 |
| P.48 | 1322 | 抗核抗体半定量 (ANA) | 所要日数 | 3～4日 | 4～6日 |
| | | | 報告形態 | 2701:均質型 2702:斑紋型 2703:核小体型 2704:辺縁型 2705:セントロメア型 2706:細胞質型 1323:その他染色型 1 1324:その他染色型 2 ※検出された型を (+) 報告 | 2701:均質型 2702:斑紋型 2703:核小体型 2704:辺縁型 2705:セントロメア型 2706:細胞質型 1323:その他染色型 1 1324:その他染色型 2 ※検出された型の倍数を報告 |
| P.75 | 1537 | サイトメガロウイルス抗体 (CMV) IgG ※判定一致率は別紙参照 | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| | | | 検査方法 | CLIA法 | EIA法 |
| | | | JLAC10 | 5F194-1431-023-051-01 | 5F194-1431-023-023-01 |
| | | | 基準値 | 6.0 AU/mL未満 (-) | 2.0未満 (-) |
| | | | 報告形態 | (-), (+) | (-), (\pm), (+) |
| | | | 判定基準 | 判定 IgG (AU/mL) (-) : 6.0未満 (+) : 6.0以上 | 判定 IgG (EIA価) (-) : 2.0未満 (\pm) : 2.0～3.9 (+) : 4.0以上 |
| | | | 最小報告値 | 6.0 AU/mL未満 | 2.0未満 |
| | | | 最大報告値 | 250.0 AU/mL以上 | 128.0以上 |
| P.75 | 1538 | サイトメガロウイルス抗体 (CMV) IgM ※判定一致率は別紙参照 | 所要日数 | 2～3日 | 4～6日 |
| | | | 検査方法 | CLIA法 | EIA法 |
| | | | JLAC10 | 5F194-1432-023-051-01 | 5F194-1432-023-023-01 |
| | | | 基準値 | 0.85 S/CO未満 (-) | 0.80未満 (-) |
| | | | 判定基準 | 判定 IgM (S/CO) (-) : 0.85未満 (\pm) : 0.85～0.99 (+) : 1.00以上 | 判定 IgM (抗体指数) (-) : 0.80未満 (\pm) : 0.80～1.20 (+) : 1.21以上 |
| | | | 最小報告値 | 0.85 S/CO未満 | 0.00 |

《 相 関 図 》



《 判 定 一 致 率 》

サイトメガロウイルス抗体 (CMV) IgG

| | | 現行法 | | | 合計 |
|----|----|-----|------|----|-----|
| | | 陽性 | 判定保留 | 陰性 | |
| 新法 | 陽性 | 33 | 2 | 3 | 38 |
| | 陰性 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 合計 | | 33 | 2 | 65 | 100 |

陽性一致率：100%
 陰性一致率：95.4%
 全体一致率：95.0%

サイトメガロウイルス抗体 (CMV) IgM

| | | 現行法 | | | 合計 |
|----|------|-----|------|----|-----|
| | | 陽性 | 判定保留 | 陰性 | |
| 新法 | 陽性 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | 判定保留 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 陰性 | 12 | 23 | 54 | 89 |
| 合計 | | 23 | 23 | 54 | 100 |

陽性一致率：34.8%
 陰性一致率：100%
 全体一致率：62.0%