

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和2年7月6日（月）受付分より

《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.67	0852	(1→3) β-D グルカン	容器	SBD (現行の「S」容器)	S
			所要日数	2～5日	4～7日
			最小 報告値	4.0 pg/mL 以下	5.0 pg/mL 以下
			最大 報告値	500.0 pg/mL 以上	300.0 pg/mL 以上
			備考	溶血により高値 傾向を示します	—
			実施施設	ファルコバイオ システムズ	エスアールエル

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査実施施設変更のため

《注 意》

- ・「(1→3) β-D グルカン」と「エンドトキシン定量」を同時にご依頼される場合は、検査項目ごとに採血し、ご提出ください。