

お客様各位

「2025年 総合検査案内」掲載内容訂正のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2025年総合検査案内におきまして下記項目に訂正がございましたので、ご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《訂正内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	訂正内容	正	誤
P.111	1798	サイトメガロウイルス核酸定量	基準値	(注2) CMV に対して特異的な増幅反応シグナルを検出した場合： <u>34.5</u> 未満 (IU/mL) (定量下限未満の CMV を検出しました)	(注2) CMV に対して特異的な増幅反応シグナルを検出した場合： <u>3.45</u> 未満 (IU/mL) (定量下限未満の CMV を検出しました)
P.176	—	T3 容器 (嫌気性菌培養)	内容	寒天培地	インジケーター付寒天 CO ₂ ガス