

先生各位

## 受託中止項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記の検査項目におきまして受託を中止させていただきたく、取り急ぎご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《中止日》 平成14年3月20日(水)受付分より

《中止項目》

| 検査案内掲載ページ | 検査コード | 検査項目名称         | 受託中止理由   |
|-----------|-------|----------------|--|
| P.39      | 0820  | (食物系)          | 新ロットの測定試薬に不具合があり、安定した検査データを得ることができないことが判明したため。 |
|           | 0821  | (吸入系)          |  |
|           | 4760  | (組合せ)          |  |
|           | 4761  | (小児食物)         |  |
|           | 4762  | (成人食物)         |  |
| P.40      | 4763  | (アトピー性皮膚炎)     |  |
|           | 4764  | (鼻炎)           |  |
|           | 4765  | (花粉症)          |  |
|           | 4766  | (小児喘息)         |  |
|           | 4767  | (成人喘息)         |  |
|           |       | ヒスタミン遊離試験(HRT) |  |

《代替項目》

下記2項目につきましては、使用試薬の異なる代替項目がございますのでご利用ください。

| 代替項目検査コード | 代替項目名称         | 中止項目検査コード | 中止項目名称               |
|-----------|----------------|-----------|----------------------|
| 5201      | ヒスタミン遊離試験(食物性) | 4761      | ヒスタミン遊離試験(HRT)(小児食物) |
| 5200      | ヒスタミン遊離試験(吸入性) | 4764      | ヒスタミン遊離試験(HRT)(鼻炎)   |

上記代替項目2項目の検査要項の変更点は、下記のとおりです。その他の検査要項・構成アレルゲンに変更はございません。

| 検査要項 | 代替項目               | 中止項目                  |
|------|--------------------|-----------------------|
| 検査方法 | 細胞反応測定法            | 蛍光法                   |
| 採取容器 | E1                 | H1                    |
| 所要日数 | 4~8日               | 5~7日                  |
| 受付曜日 | 日曜・休日を除く<br>すべての曜日 | 月~木<br>休日の前日、前々日は受付不可 |