

先生各位

**至急****一時受託中止のご案内**

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記の検査項目におきまして、検査受託を一時中止させていただきたく、取り急ぎご連絡させていただきますとともに、このようにご案内が遅れましたことをお詫び申し上げます。

なお、再開の目処が立ち次第改めてご案内申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《受託中止日》 平成 16 年 3 月 25 日（木）以降 【3月24日まで受託】

《中止項目》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称
P.34	2568	E <sub>3</sub> （エストリオール）尿 妊婦
	2572	E <sub>3</sub> （エストリオール）血清 妊婦

E<sub>3</sub>（エストリオール）非妊婦 尿【検査コード 2586】・血清【検査コード 2575】につきましては、引き続き受託いたします。

《中止理由》

メーカーからの試薬の供給遅延によるもので、出荷が再開されるまでの間、暫時受託を中断させていただくことになりました。受託の再開につきましては目処がつき次第ご連絡させていただきます。この間、先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。



アボット ジャパン株式会社

本社〒106-8535 東京都港区六本木 1-9-9

TEL03-3589-9411 (大代)

平成 16年 3月

御客様各位

「TDx™エストリオールアッセイシステム」(製品番号 9112-86)  
の供給遅延について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

現在「TDx™エストリオールアッセイシステム」(製品番号 9112-86)の供給が滞っており、お客様には多大なご迷惑をお掛け致しておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

今回の供給遅延は、アボット社における同製品の製造不具合による入荷遅れに起因するものです。原因はトレーサーとして使用される原料となる抗体の品質上の問題であり、4月初旬の出荷を目指して全力をあげて取り組んでおります。つきましては、出荷再開までに今しばらくのご猶予をいただきたく、伏してお願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますことを重ねてお詫び申し上げます。出荷再開日程等の詳細情報につきましては、新たな情報が得られ次第ご報告申し上げますので、何卒ご高配のほどを賜り、今後とも当社製品にお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬 具