

先生各位

## 検査結果訂正のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

このたび、委託先である 株式会社 三菱ビーシーエル (MBC) より、セルロプラスミンの検査試薬に同梱されている標準血清ならびにコントロールの表示値につき、国際標準品に乖離した値付けがなされ、検査値に差異を生じていたことが判明したとの連絡を受けました。

そこで、下記対象期間にご依頼頂きましたセルロプラスミンについて、MBC より修正された検査値に差し替えさせていただきたく、お願い申し上げます。

本件では、多大なるご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し訳ございません。今後は、更に再委託項目につきましても精度管理体制をより一層強化して参る所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

《対象項目》 セルロプラスミン 【検査コード 1211】

《対象期間》 平成 16 年 3 月 13 日 (土) ~ 6 月 1 日 (火) 受付分

平成 16 年 6 月 5 日

お客様各位

株式会社 三菱化学ピーシーエル

「セルロプラスミン」検査報告値訂正のお願い

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社「セルロプラスミン」検査の結果報告値が使用標準血清ならびにコントロールにおける設定濃度の誤表示により、下記対象期間の受付分につき真値に比して約 20%低めになっておりました。

誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

つきましては、該当するご報告済み検査結果を適正な標準品濃度値に基づいて評価・再計算し、その結果を別紙の通り“修正値”として改めてお届けする次第です。多大なご迷惑をお掛けし恐縮ではございますが、既報告分の検査値よりお差し替えいただきますようお願い申し上げます。

今後は、この度のようなことを再び繰り返すことのないよう精度管理体制をさらに強化して参る所存でありますので、何卒ご寛恕賜れば幸甚に存じます。

敬具

記

●対象期間

平成 16 年 3 月 15 日（月）～6 月 2 日（水）受付分

●標準血清の新旧表示値比較

製品名	ロット番号	修正表示値 (mg/dl)	旧表示値 (mg/dl)
N 蛋白標準血清	083642	35. 8	28. 9

以上