

先生各位

一時受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の受託を一時中止させていただきたく取り急ぎご案内申し上げます。なお、再開の目処が立ち次第改めてご案内申し上げます。この間、先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《受託中止日》 平成 16 年 8 月 14 日（土）以降 【8 月 13 日まで受託】

《中止項目》

2004 年 検査案内	検査 コード	検査項目名称
P.77 P.115	0937	HBV-DNA 定量 分岐 DNA プローブ法

《中止理由》 測定試薬の不良のため

（試薬メーカーより上記項目の測定試薬の次回ロットについて不具合が判明したことから、急遽同ロットの出荷を中止する旨の連絡がございましたので、出荷が再開されるまでの間、暫時受託を中断させていただくことになりました。
なお、一時中止までのご報告分には問題はございません。

《再開予定》 再開の目処が立ち次第ご連絡いたします。

《代替項目》 HBV-DNA 定量 PCR 法 【検査コード：5267】
HBV-DNA 定量 TMA-HPA 法 【検査コード：4854】