

先生各位

受託中止項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の受託を中止させていただきたく取り急ぎご案内申し上げます。

本件につきましては先生方に大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承くださいますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願ひ申し上げます。

敬白

記

《受託中止日》 平成 16 年 8 月 18 日 (水)

《変更内容》

2004年 検査案内	検査 コード	検査項目名称	代替項目
P.77 P.115	0937	HBV-DNA 定量 分岐 DNA プローブ法	HBV-DNA 定量 PCR 法 【検査コード 5267】 HBV-DNA 定量 TMA-HPA 法 【検査コード 4854】

《中止理由》 測定試薬の不良のため

試薬メーカーより上記項目の測定試薬の次回ロットについて不具合が判明したことから、急遽同ロットの出荷を中止する旨の連絡をうけ、平成 16 年 8 月 14 日より受託を一時中止させていただいておりました。
しかし、その後のロットについても一部検体に偽陽性の検査結果となる例があることが判明いたしました。
そこで、測定試薬の安定供給を受けることができないとの判断により、本項目の受託を中止することにいたしました。