

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

《変更日》 平成 23 年 12 月 19 日(月)受付分より

《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.83	1494	HTLV- 抗体 (ATLA)	所要日数	1 ~ 2	5 ~ 8
			検査方法	CLIA 法	CLEIA 法
			保存条件	冷蔵	凍結
			基準値	S/CO 1.0 未満 陰性	( - )

その他の検査内容に変更はございません。

新法は HTLV-1 と HTLV-2 に反応する試薬です。

変更後は「コード 1494」に定性値、「コード 7718」に S/CO 値が入り、検査結果報告書に S/CO の結果値を併記致します。

《変更理由》 所要日数の短縮および試薬性能見直しのため

《判定一致率》

判定一致率 99.4%		CLEIA 法 (変更前)		
		陽性	陰性	合計
CLIA 法 (変更後)	陽性	66	3*	69
	陰性	1*	586	587
	合計	67	589	656

\* 判定不一致となった 4 例はいずれも低値陽性であり、  
3 例は確認検査で判定保留を示しました《自社データ》。