

平成 24 年 1 月

先生各位

## 受託中止項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の受託中止をさせていただきたくご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《最終受付日》 平成 24 年 3 月 31 日（土）まで受託

《中止項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	代替項目
未掲載	0893	HBs 抗体定性 PA 法	HBs 抗体精密測定 CLIA 法 【検査コード 0903】

《中止理由》 測定試薬販売中止のため

お客さま 各位

「セロディア<sup>®</sup>-アンティHBs」  
「セロディア<sup>®</sup>-アンティHBs・PA」  
販売終了のご案内

 **富士シロ株式会社**  
お客様コールセンター  
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-62-5 FHビル  
TEL.0120-292-832 (フリーダイヤル)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、長らくご愛用いただいております「セロディア-アンティHBs」および「セロディア-アンティHBs・PA」に関しまして、原材料が調達不能となったため、誠に勝手ながら2011年12月末をもちまして販売を終了させていただくことになりましたので、謹んでご案内申し上げます。

本製品をご使用いただいておりますお客さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

販売終了予定	2011年12月末
--------	-----------

<対象製品>

CODE No.	品名	包装規格	最終製造ロットの使用期限(予定)
205563	セロディア-アンティHBs	50回用 x 4	2012年11月
205570		100回用 x 5	2012年11月
201671	セロディア-アンティHBs・PA	20回用 x 5	2012年11月
201695		100回用 x 5	2012年8月

\* 製造スケジュールの変更や在庫状況により、販売終了時期や最終製造ロットの使用期限が予定から多少前後する可能性がございます。ご了承ください。

以上