

先生各位

## 「IgG-HA 抗体」試薬における メーカー自主回収についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、IgG-HA 抗体の測定試薬におきまして、経時的にS/CO値が高値にシフトすることが判明致しました。それに伴い試薬メーカーであるアボットジャパン株式会社より、該当する試薬ロットを自主回収する旨の連絡がありました。

弊社保管期間内で保存されていた検体の内、該当検体を再検査しましたところ判定結果が異なる検体はありませんでした。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 《 該当項目 》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称
P.86	0926	IgG-HA 抗体