

先生各位

検査内容一時変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を一時変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 25 年 11 月 5 日（火）受付分より

《変更内容》


総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.25	0704	カルバマゼピン	検査方法	EIA 法	ラテックス凝集法
			最小 報告値	0.5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下	0.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 試薬原料の供給不足による製品供給停止のため

《備考》 試薬の供給が再開され次第、ラテックス凝集法に変更いたします。

《相関図》



2013年10月22日

お客様各位

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋三丁目13番5号

「ナノピア TDM カルバマゼピン」の一時供給停止のお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ご愛顧頂いております「ナノピア TDM カルバマゼピン」につきまして、原料供給元より原材料入手が困難となり供給が遅延する旨の連絡を受けました。

原料供給再開は2014年前半との連絡も受けており、製品在庫切れとなる見込みでございます。

一日も早い製品供給再開に向け取り組んで参る所存でございますが、その間、誠に恐縮でございますが、下記代替品をご使用下さいますようお願い申し上げます。

今後はこのような事態を引き起こさぬよう、原料供給元との連携をより密接に行い、安定供給体制の再構築を図って参る所存です。

お客様には大変なご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。

何卒事情ご理解賜りご高配下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

代替製品

統一商品コード	名 称	包 装	
502-304613	セディア - カルバマゼピン	E A 試薬	18mL 用 × 1
		E A 試薬溶解液	18mL × 1
		E D 試薬	18mL 用 × 1
		E D 試薬溶解液	18mL × 1
502-304644	セディア TDM 標準液セット	低値標準液	7.5mL × 1
		高値標準液	5.0mL × 1

体外診断用医薬品ではありません。

【お問い合わせ先】

積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター

TEL：0120-249-977（受付 平日9：00～17：30）

以上