

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 26 年 4 月 1 日(火)受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称		変更内容	追加アレルゲン
P.43	3840	特異的 IgE CAP シングルアレルゲン	スズメバチ	アレルゲンの追加 (ハチ毒の主要な成分の一つ)	スズメバチ rVes v 5
	3841		アシナガバチ		アシナガバチ rPol d 5

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 測定試薬変更に伴う変更

《補 足》

ハチ毒の主要な成分の 1 つを追加することにより、特異的 IgE の検出感度を高めた試薬への変更がメーカーより案内されたことを受け、弊社においても変更致します。

《判定一致率および相関図》

スズメバチ

	6	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	3	4	0	0
	3	0	0	9	13	0	0	0
	2	2	2	20	0	0	0	0
	1	3	2	1	0	0	0	0
	0	41	0	0	0	0	0	0
新試薬	判定	0	1	2	3	4	5	6

現行試薬

陰性一致率：89.1 %
陽性一致率：98.0 %
判定一致率：92.0 %

アシナガバチ

	6	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	1	3	8	0	0
	3	0	0	4	11	1	0	0
	2	2	0	16	0	0	0	0
	1	3	4	2	0	0	0	0
	0	45	0	0	0	0	0	0
新試薬	判定	0	1	2	3	4	5	6

現行試薬

陰性一致率：90.0 %
陽性一致率：95.7 %
判定一致率：93.0 %