

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 26 年 5 月 19 日(月)受付分より

《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.48	1333	抗 ss-DNA 抗体 IgG	所要日数	2 ~ 3 日	4 ~ 6 日
			検査方法	FEIA 法	ELISA 法
			基準値	7 U/mL 未満	25 AU/mL 以下
			判定基準	陰 性 : < 7 疑陽性 : 7 ~ 10 陽 性 : > 10 U/mL	
			最小 報告値	1 U/mL 以下	10 AU/mL 未満
			最大 報告値	528 U/mL 以上	800 AU/mL 以上


その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査体制見直しのため

《備 考》

判定結果と定量結果を併せて報告致します。コードは以下のとおりです。
判定結果が入るコード : 7120
定量結果が入るコード : 1333

《相 関 図》



判定一致率 94.1%		現行法 (AU/mL)		合計
		陰性 25	陽性 > 25	
新法 (U/mL)	陰性 < 7	54	4	58
	疑陽性 7 ~ 10	2	1	3
	陽性 > 10	1	26	27
合計		57	31	88

[自社データ]