

先生各位

緊急

HBc 抗体の検査試薬における メーカー自主回収についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社で用いております HBc 抗体の検査試薬において、一部の試薬ロットについて、**特異性が低下し偽陽性の結果が増加する可能性**がある理由により、該当試薬の自主回収に関する案内が試薬メーカーよりございました。

つきましては、該当試薬使用による検査結果についてお知らせ申し上げます。詳細は添付資料（試薬メーカーの案内文書）ならびに、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）の医薬品医療機器情報提供ホームページ上の医薬品関連情報（回収情報（医薬品））ページの 2014 年度クラス（医薬品）リスト中の番号 2-6199）をご参照ください。

なお、現在使用しております試薬ロットについては問題ないことを確認しております。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《当該項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称
P.85	0906	HBc 抗体