


24 時間内因性クレアチニンクリアランス 実施方法



1. 一定時刻に完全排尿後、以後の尿を翌日の同時刻まで蓄尿。
(防腐剤入容器にて蓄尿)
よく混和して尿量測定後、一部を出検。...「1」
2. 早朝空腹時に採血 3mL 実施。...(1)

提出) 身長・体重を明記した容器(1)と、全尿量を明記した容器「1」。