

■ サイトメガロウイルス抗体IgG 判定基準 ■

判 定	AU/mL
(－)	6.0 未満
(＋)	6.0 以上