

ヒトパルボウイルスB19抗体 判定基準

判定	抗体指数
(-)	0.80 未満
(±)	0.80 ~ 0.99
(+)	1.00 以上