

容器名:A3



内容

凝固促進剤
ヘパリン中和剤
分離剤

容量

9mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

1年

適用検査項目と採取上の注意点

透析検体の生化学的検査

- 血液(必要量の約3倍)を採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち30~60分間常温に静置します。凝固完了後遠心分離し、血清を [A2容器](#)に移し替えて冷蔵保存または凍結保存してください。