

容器名:A4



内容

凝固促進剤

トロンビンヘパリン中和剤

採取量

3mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

表示どおり

### 適用検査項目と採取上の注意点

マンガン(Mn)

ニッケル(Ni)

アルミニウム(Al)

セレン(Se)

- 血液3mLを採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、そのまま冷蔵保存して下さい。