

容器名:BV



内容	EDTA-2Na
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年6ヶ月

### 適用検査項目と採取上の注意点

ビタミン B<sub>1</sub>  
ビタミン B<sub>2</sub>

- 検体採取後は遮光し、冷凍保存してください。
- 他の検査項目との重複依頼はできません。
- ビタミン B<sub>1</sub>とビタミン B<sub>2</sub>の同時依頼は可能です。