容器名：HG	内容	保存液　2．9mL
	容器の貯蔵方法	15℃～30℃
	有効期間	表示どおり

適用検査項目と採取上の注意点

新型コロナウイルス核酸検出
（鼻腔ぬぐい液）〔TMA法〕

○　検体の採取方法については、当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。

○　本品に付属したスワブでは鼻咽頭検体の採取はできません。