

容器名:L



内容	3.8%クエン酸Na 0.4mL
採取量	1.6mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年(開封後1ヵ月)

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 赤血球沈降速度(ESR)

- 血液1.6mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存して当日中に出検してください。