

容器名:Q23

内容

スワブ搬送液 2.9mL

容器の貯蔵方法

15～30℃

有効期間

1年



適用検査項目と採取上の注意点

淋菌／クラミジアトラコマチス
同時核酸増幅 分泌物
〔TMA法〕

- 検体の採取方法については、当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。