

容器名:U2



|         |       |
|---------|-------|
| 内容      | ----- |
| 容量      | 10mL  |
| 容器の貯蔵方法 | 常温    |
| 有効期間    | 2年    |

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 一般細菌検査

塗抹鏡検・培養・同定

感受性・真菌培養

#### 抗酸菌検査

塗抹鏡検・培養

- 尿検体の場合は、中間尿を 10mL採取してください。
- 採取後は冷蔵保存してください。(目的菌が淋菌・髄膜炎菌の場合は常温保存)