

容器名:U4



内容	BSA、防腐剤、色素入り
採取量	5mL
容器の貯蔵方法	遮光下常温
有効期間	2年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 尿中核マトリックスプロテイン22(NMP22)

- 採尿後、尿を速やかに遠心分離し上清を専用容器の採尿範囲まで入れ、よく混和したのち、冷蔵保存してください。
- 他項目との重複依頼は避けてください。