


容器名:U7



内容	保存剤
容量	10mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	2年

適用検査項目と採取上の注意点

ミオグロビン(尿)

- 尿6mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。
- 凍結保存は避けてください。