

容器名:YC



| | |
|---------|-------------|
| 内容 | EDTA-2K、分離剤 |
| 採取量 | 5mL |
| 容器の貯蔵方法 | 4~25℃ |
| 有効期間 | 1年 |

適用検査項目と採取上の注意点

HBV-DNA定量 アキュジーン

- 血液5mLを採取し、8~10回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、そのまま凍結保存してください。
- 他項目との重複依頼は避けてください。