


容器名:YK



内容	EDTA-2K、分離剤
採取量	8mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年

適用検査項目と採取上の注意点

HIV-1定量〔RT-PCR法〕

- 血液8mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、そのまま冷蔵保存してください。

遠心条件: $1200 \times g \pm 400 \times g$ で20分間

- 他項目との重複依頼は避けてください。