

INR (International Normalized Ratio,国際標準比)

PTの測定値は各試薬の感受性差や機種間差による施設間差が大きいので、共通のものさしで比較できるようにしたワーファリン療法モニターの指標で、WHOが推奨している表現方法です。

(INRの算出法) $INR = PR^{ISI}$

ISI: International Sensitivity Index,国際感受性指数

PR: $\frac{\text{患者血漿の凝固時間 (秒)}}{\text{正常標準血漿の凝固時間 (秒)}}$