

容器名 : E2K



内容

EDTA2K(スプレーコート)

採取量

6mL

容器の貯蔵方法

4~25°C

有効期間

製造後515日

適用検査項目

HLA タイピング(血清対応型タイピング)

HLA-DNA タイピング

HTLV-1 核酸検出定性

HTLV- I DNA(クロナリティ)