

容器名:Q17

| | |
|---------|--------------|
| 内容 | 抽出液(リン酸バッファ) |
| 容器の貯蔵方法 | 常温(抽出液は冷蔵) |
| 有効期間 | 1年 |



適用検査項目と採取上の注意点

子宮頸管粘液中顆粒球エラストラーゼ

- 検体の採取方法については、当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。