

容器名:U10



内容

0. 5mL トリス塩酸緩衝液
(pH7. 5) 入り

採取量

4~6mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

製造後3年

適用検査項目

尿中IV型コラーゲン