容器名：YK	内容	EDTA－2K、分離剤
	採取量	8mL
	容器の貯蔵方法	常温
	有効期間	製造後1年

適用検査項目と採取上の注意点

HIV-1定量〔RT-PCR法〕

○　血液8mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、そのまま冷蔵保存してください。

遠心条件：1200xg±400xg で20分間

○　他項目との重複依頼は避けてください。